

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa  
Fundo Municipal de Saúde  
Dispensa - 051-034/2023



**Resultado da Homologação**

0001 - 7837 - Analisador hematológico automatizado - com as seguintes especificações mínimas: tipo de tela: touch screen, que possua ícones gráficos intuitivos e fácil operacionalização, que possua procedimento limpeza automatizada do sistema ao ligar e/ou desligar o equipamento diariamente, procedimento de "shutdown", memória para no mínimo 40.000 resultados, incluindo histogramas WBC, RDC, PLT, contagem precisa de aproximadamente 20 parâmetros, idioma em português, devendo possuir um gerenciamento de reagentes com código de barras no qual auxilia na demanda e consequentemente a rotina laboratorial. Volume de amostra modo sangue total aproximadamente 50ul modo pré diluído aproximadamente 20ul customização dos resultados: valores das análises recalcados através do reposicionamento dos discriminadores flutuantes e com resultados enviados automaticamente para impressão. Voltagem: 220V. O aparelho deverá possuir selo de aprovação/registro junto à ANVISA. Assistência técnica permanente no Brasil. O equipamento deverá ser acompanhado com manual de instruções e termos de garantia de no mínimo 12 meses. Deverá estar incluso: instalação do equipamento no local de utilização e treinamento da equipe para fazer uso correto do mesmo. - COUNTER XS20 - Valor Referência: 56.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	COUNTER XS20	1,00 Unidade	27.900,00	27.900,00	Homologado em 22/09/2023 10:29:05 Por: LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA

  
LUIZ MARCOS ALVES DA COSTA  
Autoridade Competente

